SWAN Analytische Instrumente AG
CH-8340 Hinwil/Switzerland
Tel. +41 44 943 63 00
swan@swan.ch · www.swan.ch

Sample Degasser Turbiwell

Scheda Tecnica nr. DitA82321000

Degasatore per la rimozione di gas disciolti nel campione, es. aria, CO_2, H_2S ecc.

Sample Degasser Turbiwell

Per applicazioni in acqua pura. Stabilisce un equilibrio con la pressione ambiente (Legge di Henry).

- Principio di funzionamento:

  Il campione introdotto nel degasatore, sale attraverso il tubo cavo nel centro e ricade sul piatto più alto.

  Il degasatore contiene dodici piatti su cui il campione è esposto all'ambiente. Su ciascun piatto il campione fluisce attraverso un labirinto, che ne allunga il percorso.

  Alla fine del labirinto di ogni piatto, il campione cade attraverso un buco. Dopo l'ultimo piatto, il campione cade sulla piastra inferiore e poi è inviato al battente costante del Turbiwell.

- Raccomandato solo per campioni con torbidità tipica sotto 1 FNU/NTU

Per l'uso con:

- Monitor AMI Turbiwell 7027 & W/LED

Requisiti:

• Velocità di flusso controllata:	circa 10 l/h max. 12 l/h
• Torbidità tipica	< 1 FNU/NTU

Specifiche:

Dimensioni (W x L x H):	135 x 380 x 130 mm
Materiale (bagnato):	PVC / PMMA
Temperatura campione:	5 - 35 °C
Ingresso campione:	Serto PA 6mm
Uscita campione a battente costante:	per tubo Ø 10 - 11 mm
Uscita campione allo scarico:	per tubo Ø 10 - 11 mm

Schema d'Ordine	Sample Degasser Turbiwell	A–82.321.000